

## Zakázka na Pořízení ortopedických křesel včetně poskytování servisních služeb a zajištění dodávek náhradních dílů

Zodpovězení dotazů k zakázce „Pořízení ortopedických křesel včetně poskytování servisních služeb a zajištění dodávek náhradních dílů“ (Evidenční číslo: 0227008286)

### **Dotaz č. 1**

Část A: 2. Ortopedický vozík zesílený - 10 ks

V Příloze F – Technická specifikace předmětu plnění zadavatel požaduje „Minimální nosnost 200 kg“. V dalším parametru zadavatel požaduje šíři sedu 53–58 cm, která by spíše odpovídala vozíkům s nižší nosností. Námi nabízený vozík má nosnost 170 kg a šíři sedu 53–60 cm. Navrhované řešení je i mnohem ekonomicky výhodnější.

**Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou nosnost 170 kg?**

### **Odpověď**

**Zadavatel skutečně požaduje u tohoto typu vozíku minimální nosnost 200 kg. Typ s nosností 170 kg zadavatel bohužel akceptovat nemůže.**

### **Dotaz č. 2**

Část A: 3. Ortopedický vozík zesílený - 5 ks

V Příloze F – Technická specifikace předmětu plnění zadavatel požaduje „Maximální nosnost 295 kg“. V dalším parametru zadavatel požaduje šíři sedu 55–70 cm, která by spíše odpovídala vozíkům s nižší nosností. Námi nabízený vozík má nosnost 200 kg a šíři sedu 60–75 cm.

**Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou nosnost vozíku 200 kg s šíří sedu 60-75 cm?**

### **Odpověď**

**Zadavatel skutečně požaduje u tohoto typu vozíku minimální nosnost 295 kg. Typ s nosností 200 kg zadavatel bohužel akceptovat nemůže.**